

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

F. 2007 — 2261

[C — 2007/09478]

27 AVRIL 2007. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 44bis, §4, du Code d'instruction criminelle;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment les articles 63 et 64;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 1^{er} août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, modifié par les arrêtés royaux du 16 février 1960, du 4 avril 1961, du 20 novembre 1966, du 2 mai 1980, du 29 octobre 1981 et du 2 août 2002;

Vu l'avis 41.823/2, donné le 14 décembre 2006, en application de l'article 84, § l'alinéa 1^{er}, 1^o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il est nécessaire de changer la méthode pour le dosage de l'alcool dans le sang;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. L'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 1^{er} août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse est remplacé comme suit :

« Art. 8. L'analyse du sang est effectuée suivant la méthode et les critères décrits dans l'annexe II du présent arrêté.

Des évaluations externes de la qualité des laboratoires qui exécutent ces analyses, seront organisées au minimum deux fois par an par l'Institut Scientifique de Santé publique. Les laboratoires devront y participer afin de maintenir leur agrément.

L'Institut Scientifique de Santé publique dressera un rapport d'activités sur le déroulement de ces évaluations externes. Ce rapport est adressé annuellement au Ministre de la Justice et au Collège des Procureurs généraux. »

Art. 2. L'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1961 et du 2 mai 1980, est remplacé par l'annexe au présent arrêté.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

N. 2007 — 2261

[C — 2007/09478]

27 APRIL 2007. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende inzonderheid de methode tot het bepalen van alcoholgehalte in het bloed

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 44bis, § 4, van het Wetboek van Strafvordering;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op de artikelen 63 en 64;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 april 1958 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 1 augustus 1899 houdende herziening van de wetgeving en van de reglementen op de politie van het vervoer, en van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 februari 1960, van 4 april 1961, van 20 november 1966, van 2 mei 1980, van 29 oktober 1981 en van 2 augustus 2002;

Gelet op het advies 41.823/2, gegeven op 14 december 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1^o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het noodzakelijk is de methode van alcoholbepaling in het bloed te wijzigen;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid en Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 april 1958 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 1 augustus 1899 houdende herziening van de wetgeving en van de reglementen op de politie van het vervoer, en van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap wordt vervangen als volgt :

« Art. 8. De bloedanalyse wordt uitgevoerd volgens de methode en de criteria beschreven in bijlage II van dit besluit.

De externe kwaliteitsevaluaties van de laboratoria die deze analyses uitvoeren, zullen minstens twee maal per jaar georganiseerd worden door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. De laboratoria zullen hieraan moeten deelnemen om hun erkenning te behouden.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid zal een activiteitenrapport opstellen over de externe kwaliteitsevaluatie. Dit rapport zal jaarlijks worden overgemaakt aan de Minister van Justitie en aan het College van Procureurs generaal. »

Art. 2. Bijlage II, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 april 1961 en van 2 mei 1980, wordt vervangen door de bijlage bij huidig besluit.

Art. 3. Cet arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 4. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

Art. 3. Dit besluit treedt in werking drie maanden na de bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 4. Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang

« ANNEXE II

Méthode et critères de dosage de l'alcool dans le sang.

Le dosage de l'alcool dans le sang est réalisé avec une technique de chromatographie en phase gazeuse répondant aux critères ci-dessous

1. Le laboratoire dispose d'une procédure standard détaillée décrivant:

1.1. Le type de colonne utilisée et les conditions de l'analyse. Ces conditions doivent garantir une séparation complète des pics obtenus pour les composants suivants : éthanol, méthanol, acétone, isopropanol et standard interne.

1.2. Le choix du standard interne et sa procédure d'utilisation.

1.3. La procédure de validation des résultats.

2. Le pouvoir de séparation de la colonne doit pouvoir être démontré de manière régulière pour les composants cités ci-dessus (approximativement 1 g/L); la fréquence de ce contrôle est fixée par écrit.

3. La fréquence de l'étalonnage, le nombre de contrôles (minimum 2 de niveaux différents) et les blancs (minimum 1) introduits par série d'analyses sont fixés par écrit.

4. Un dossier de validation doit être disponible avec une description de la limite de détection, de la limite de quantification, de la répétabilité, de la reproductibilité et de la linéarité (entre 0g/L et 3,0 g/L) de la méthode utilisée. Le biais est également calculé à partir d'un matériau de référence certifié (dilué ou non à des concentrations de 0,20, 0,50 0,80 1,20 et 1,50 g/L).

Moyenne analytique*(g/L)	Biais max**
0-0,40	15 % (valeur cible 0,20 g/L)
0,41-0,69	5 % (valeur cible 0,50 g/L)
0,70-et plus	3 % (valeurs cibles 0,80, 1,20 et 1,50g/L)

Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L

Biais max**: biais maximum admis de la méthode

L'échantillon est analysé en double. La différence entre ces 2 analyses doit répondre aux critères décrits dans la table ci-dessous.

Moyenne analytique*(g/L)	Diff max**
0-0,40	12 %
0,41 et plus	8 %

Moyenne*: moyenne des 2 mesures exprimée en g/L

Diff max**: différence maximum admise entre les deux mesures

5. Le laboratoire dispose d'une procédure standard décrivant la manière d'établir un rapport d'expertise.

6. Le résultat repris dans le rapport final est la moyenne des deux analyses moins 0,10g/L pris comme facteur de correction de l'incertitude.

7. Les instructions suivantes doivent être respectées pour les recalculs:

Le coefficient de métabolisation utilisé est le coefficient généralement scientifiquement accepté de 0.15g/L par heure pendant les 4 premières heures de la phase d'élimination et de 0.10g/L par heure pendant les deux heures suivantes. La procédure de recalcul n'est effectuée que pour une période maximale de 6 heures.

Un recalcul n'est effectué que si la moyenne des 2 mesures moins 0,10g/L est supérieure ou égale à 0.20g/L. »

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif notamment à la méthode de dosage de l'alcool dans le sang

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme. L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende inzonderheid de methode tot het bepalen van alcoholgehalte in het bloed

« BIJLAGE II

Methode en criteria tot het bepalen van het alcoholgehalte in bloed.

De analyse voor het doseren van alcohol in het bloed wordt uitgevoerd met behulp van een gaschromatografische techniek die beantwoordt aan volgende criteria

1. Het laboratorium beschikt over een gedetailleerde standaardprocedure met beschrijving van :

1.1. Het gebruikte kolomtype en de analysevoorwaarden. Deze voorwaarden moeten een volledige scheiding van de pieken waarborgen voor volgende substanties: ethanol, methanol, aceton, isopropanol en de interne standaard.

1.2. De keuze van de interne standaard en zijn gebruiksaanwijzing.

1.3. Procedure voor de validatie van de resultaten.

2. Het scheidend vermogen van de kolom moet op regelmatige basis kunnen worden aangetoond voor de hogergenoemde componenten (ongeveer 1 g/L); de frequentie van controle wordt schriftelijk vastgelegd.

3. De frequentie van de calibratie, het aantal controles (minimum 2 van verschillende niveaus) en blanco's (minimum 1) ingevoegd in elke analysereeks, worden schriftelijk vastgelegd.

4. Een validatiedossier moet beschikbaar zijn met beschrijving van de detectielimiet, de kwantificatielimiet, de herhaalbaarheid, de reproduceerbaarheid en de lineariteit (tussen 0g/L en 3,0g/L) van de gebruikte methode. Tevens wordt de bias bepaald met behulp van gecertificeerd referentiemateriaal (al dan niet verdund tot een concentratie van 0,20, 0,50, 0,80, 1,20 en 1,50 g/L).

Analytisch gemiddelde* (g/L)	Maximale bias**
0-0,40	15 % (targetwaarde 0,20 g/L)
0,41-0,69	5 % (targetwaarde 0,50 g/L)
0,70 en hoger	3 % (targetwaarden 0,80, 1,20 en 1,50 g/L)

Gemiddelde*: gemiddelde van de twee resultaten in g/L

Max bias**: maximum toegelaten bias van de methode

Elk staal wordt in duplo geanalyseerd. Het verschil tussen de twee bepalingen moet beantwoorden aan de criteria vastgesteld in onderstaande tabel.

Analytisch gemiddelde* (g/L)	Maximaal verschil**
0-0,40	12 %
0,41 en hoger	8 %

Gemiddelde*: gemiddelde van de twee resultaten in g/L

Max verschil**: maximum toegelaten verschil tussen de twee metingen

5. Het laboratorium beschikt over een standaard procedure met beschrijving van de manier waarop een expertiserapport wordt opgesteld.

6. Het resultaat opgenomen in het eindrapport is het gemiddelde van de twee analyses verminderd met 0,10g/L als technische correctie voor de meetonzekerheid.

7. Volgende instructies moeten gevolgd worden voor de uitvoering van terugrekeningen:

De gebruikte metabolisatie coëfficiënt is de wetenschappelijk algemeen aanvaarde coëfficiënt van 0.15g/L per uur gedurende de 4 eerste uren van de eliminatie fase en van 0.10g/L per uur tijdens de twee volgende uren. Er wordt voor een periode van maximum 6 uur teruggerekend.

De terugrekening wordt alleen uitgevoerd als het gemiddelde van de twee metingen verminderd met 0,10g/L, gelijk of hoger is dan 0,20 g/L.»

Gezien om te worden toegevoegd aan Ons besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende inzonderheid de methode tot het bepalen van alcoholgehalte in het bloed.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

F. 2007 — 2262

[C - 2007/09519]

7 MAI 2007. — Arrêté ministériel déterminant l'allocation accordée au comptable de l'Institut national de Criminologie et de Criminologie

La Ministre de la Justice,

Vu la loi du 15 décembre 1997 constituant l'Institut national de Criminologie et de Criminologie en service de l'Etat à gestion séparée, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 7 février 1998 organisant la gestion administrative et financière de l'Institut National de Criminologie et de Criminologie comme service de l'Etat à gestion séparée, notamment l'article 19bis inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 7 février 1998 organisant la gestion administrative et financière de l'Institut national de Criminologie et de Criminologie comme service de l'Etat à gestion séparée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 13 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu le protocole n° 322 du 24 avril 2007 du Comité de secteur III-Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1^{er}, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Arrête :

Article 1^{er}. Le comptable de l'Institut national de Criminologie et de Criminologie reçoit une allocation forfaitaire annuelle de 2.903,63 EUR.

L'allocation est payée mensuellement et à terme échu, à raison d'un douzième du montant visé à l'alinéa 1^{er}. Elle est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

L'allocation est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est liée à l'indice pivot 103,14.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} janvier 2006.

Bruxelles, le 7 mai 2007.

Mme L. ONKELINX

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

N. 2007 — 2262

[C - 2007/09519]

7 MEI 2007. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de toelage aan de rekenplichtige van het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminologie

De Minister van Justitie,

Gelet op de wet van 15 december 1997 waarbij het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminologie opgericht wordt als staatsdienst met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 1998 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminologie als staatsdienst met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminologie als staatsdienst met afzonderlijk beheer;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 augustus 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, van 13 februari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, van 30 maart 2007;

Gelet op het protocol nr. 322 van 24 april 2007 van het Sectorcomité III-Justitie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 2004;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Besluit :

Artikel 1. De rekenplichtige van het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminologie ontvangt een jaarlijkse forfaitaire toelage van 2.903,63 EUR.

De toelage wordt maandelijks en na vervallen termijn betaald, ten bedrage van één twaalfde van het bedrag bedoeld in het eerste lid. Zij wordt tegelijk en in dezelfde mate als de wedde van de maand, waarop zij betrekking heeft, vereffend.

De toelage wordt gekoppeld aan de mobiliteitsregeling toepasselijk op de wedden van het personeel der ministeries. Zij wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,14.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Brussel, 7 mei 2007.

Mevr. L. ONKELINX